

Ledilux Solis 60

LED-undersökningslampa

Produktinformation

Ledilux Solis 60 representerar den nya generationen undersökningsbelysning som bygger på teknik där **Light Emitting Diodes, (LED = Ljusdioder)** används som ljuskälla.

Ledilux Solis 60 har 18 st. LED-dioder som tillsammans ger en ljusintensitet av 60 000 lux (vid 1 meter) Ledilux Solis 60 ger ett mycket bra ljus, lämpligt för alla typer av undersökningar och mindre ingrepp.

LED-dioderna i Ledilux Solis 60 har mycket lång brinntid, > 50 000 timmar, detta är en stor fördel eftersom man teoretiskt sett aldrig behöver utföra ”lampbyte” under undersökningslampans livslängd. Ledilux Solis 60 förbrukar endast 19 watt energi dvs. betydligt mindre än de gamla undersökningslamporna med halogenlampa som ljuskälla.

Taklampan Ledilux Solis 60C är svängbar 360° runt sin egen axel, och har dubbla armar vilket gör den mycket lättmanövrerad, lägsta läge medger att operatören kan vara sittande vid undersökning.

Samtliga lampor i Ledilux Solis 60-serien är försedda med avtagbart sterilhandtag. Släcker och tändar gör man med on/off knappen som finns lättåtkomligt placerad på lamphuvudet. Lampans dimmerfunktion regleras genom att vrida sterilhandtaget i tre steg 60-80-100%

Ett mycket bra ljus och låg energiförbrukning är starka argument för Ledilux Solis 60 undersökningslampa.



Tekniska data

(se även baksidan)

Spänning:	230 V/50 Hz – 24V DC
Effektförbrukning	19 Watt
Ljusintensitet:	60 000 lux vid 1 meter.
RA och RA9	96, 96
Färgtemperatur:	4400K
Ljusfält	d10=22 cm, d50=11cm
Ljuddjup	L1+L2= 130 cm
Ljuskälla:	18 st lysdioder, LED
Brinntid lysdiod:	> 50 000h
IP	43
Standard:	CE märk

Benämning:

Ledilux Solis 60 undersökningslampa finns i tre grundutförande

Taklampa modell Solis 60C, komplett*

Vägglampa modell Solis 60W, komplett

Mobillampa modell Solis 60F, komplett

*Ev distans mellan undertak och valv ingår Ej (krävs där infästningspunkten >3700mm) Mått se nästa sida

Artikelnr:

490550

490554

490558

Huvudkontor
Adress

Aspira Medical AB
Duvnäs
781 90 Borlänge
+46 (0) 243-23 05 00
+46 (0) 243 23 05 07

Box 41
239 21 Skanör
+46 (0) 40-47 57 98

E-Mail
Hemsida
Bankgiro
Postgiro
VAT

info@aspira.se
www.aspira.se
5367-4990
637 39 60-1
SE556447153901

