

SIM.LED 3500+

LED-undersökningslampa

Produktinformation

SIM.LED 3500+ är en kraftfull undersökningslampa som ger **60000 Lux** vid 1 meters avstånd. Ljuset kan med hjälp av dimmer regleras mellan 18 000 – 60 000 lux vilket gör det lätt att ställa in rätt ljusintensitet vid varje undersökningstillfälle eller vid mindre kirurgiska ingrepp.

SIM.LED 3500+ bygger på teknik hämtad från operationsbelysning. Ljuset från de 18 lysdioderna fördelas med hjälp av polerade reflektorer. Det högkvalitativa ljuset har en färgtemperatur av 4500°K och högt färgåtergivningsindex (CRI 96), vilket gör att färger i undersökningsområdet återges på ett naturligt sätt. Robust och lätt lamphus av aluminium, undersida av riktigt säkerhetsglas, avsaknaden av plastdetaljer, ger lång livslängd och tillåter rengöring med alkoholbaserade rengöringsmedel.

SIM.LED 3500+ för takmontage är svängbar 360° runt sin egen axel. Dubbla armar ger hela 1600mm räckvidd. Lampans undre arm kan fällas ända ner till vertikalt läge och lampan hamnar då endast ca 1 meter över golv, en stor fördel t.ex. vid gynekologiska undersökningar. För att ytterligare underlätta vid fininställning är lampan försedd med ett greppvänligt avtagbart sterilhandtag.

Släckers och tänders gör man med on/off knappen som finns lättåtkomlig vid lamphuvudet.



Tekniska data

(se även baksida)

Ljusintensitet	60 000 lx 1m.
Dimmerfunktion	30-100%
Färgtemperatur	4500°K
CRI	96 (R9=96)
Ljuskälla	18st LED,s
Ljusfältsdiam.	170mm vid 1m.
El-matning	230 V/50 Hz
Effektförbrukning	20W
Brinntid lysdiod	> 40 000h
Lamphuvud	IP42
Standard	CE-class1

Trots ljusintensitet på hela 60000 Lux och hög ljuskvalité är effektförbrukningen endast 20 Watt.

Benämning:

Undersökningslampa **SIM.LED 3500+** finns i tre grundutförande

Taklampa, komplett*

Väglampa, komplett

Mobillampa komplett med 5 meter anslutningskabel

*Ev distans mellan undertak och valv ingår ej denna kan för flertalet montage köpas separat av oss.

Se baksida för måttangivelser

Huvudkontor
Adress
Tel
Fax

Aspira Medical AB
Duvnäs
781 90 Borlänge
+46 (0) 243-23 05 00
+46 (0) 243 23 05 07

Box 41
239 21 Skanör
+46 (0) 40-47 57 98
+46(0) 40-47 27 47

E-Mail
Hemsida
Bankgiro
Postgiro
VAT

info@aspira.se
www.aspira.se
5367-4990
637 39 60-1
SE556447153901

Tekniska Data SIM.LED 3500+ undersökningslampor

