

SIM.LED 4500

LED- Operationslampa för polikliniska ingrepp

Produktinformation

SIM.LED 4500 är en liten LED- operationslampa, idealisk för poliklinisk kirurgi, dental eller plastikkirurgi. Det högkvalitativa ljuset regleras med hjälp av dimmer till mellan 30 000 – 100 000 lux. Belysningsdjupet, utan extra fokusering, är hela 1530mm. Lampan är liten, smidig och lätthanterlig

SIM.LED 4500 bygger på teknik hämtad från operationsbelysning. Ljuset från de 18 lysdioderna fördelas med hjälp av polerade reflektorer. Det högkvalitativa ljuset har en färgtemperatur av 4500°K och högt färgåtergivningsindex (CRI 96), vilket gör att färger i operationsområdet återges på ett naturligt sätt. Robust och lätt lamphus av aluminium, undersida av riktigt säkerhetsglas, avsaknaden av plastdetaljer, ger en lång livslängd och tillåter rengöring med alkoholbaserade rengöringsmedel.

SIM.LED 4500 för takmontage är svängbar 360° runt sin egen axel. Dubbla armar ger hela 1600mm räckvidd. Lampans undre arm kan fällas ända ner till vertikalt läge och lampan hamnar då endast ca 1 meter över golv, en stor fördel t.ex. vid gynekologiska undersökningar. För att ytterligare underlätta vid fininställning är lampan försedd med ett greppvänligt avtagbart sterilhandtag.



Tekniska data

(se även baksida)

Ljusintensitet	100 000 lx 1m.
Dimmerfunktion	30-100%
Färgtemperatur	4500°K
CRI	96 (R9=96)
Ljuskälla	18st LED,s
Ljusfältsdiam.	170mm vid 1m.
El-matning	230 V/50 Hz
Effektförbrukning	28W
Brinntid lysdiod	> 40 000h
Lamphuvud	IP42
Standard	CE-class I

Trots ljusintensitet på hela 100 000 Lux och hög ljuskvalité är effektförbrukningen endast 28 Watt.

Benämning: Undersökningslampa **SIM.LED 4500** finns i tre grundutförande

Taklampa, komplett*

Väggslampa, komplett

Mobillampa komplett med 5 meter anslutningskabel

*Ev distans mellan undertak och valv ingår ej denna kan för flertalet montage köpas separat av oss.

Se baksida för måttangivelser

Huvudkontor
Adress
Aspira Medical AB
Duvnäs
781 90 Borlänge
Tel +46 (0) 243-23 05 00
Fax +46 (0) 243 23 05 07

Box 41
239 21 Skanör
+46 (0) 40-47 57 98
+46(0) 40-47 27 47

E-Mail info@aspira.se
Hemsida www.aspira.se
Bankgiro 5367-4990
Postgiro 637 39 60-1
VAT SE556447153901

Tekniska Data SIM.LED 4500 undersökningslampor

