


## GASLARM MED PEKSKÄRM TFT 4,3"



CE 93/42 / EEG  
ISO 9001: 2015  
ISO 13485: 2016

Larmsystem för medicinska gasanläggningar för upp till 2 gaser via kontaktmanometer alt. 3 gaser via tryckgivare 4-20 mA. Optiskt och akustiskt larm vid övre och undre larmgräns samt vid strömbortfall.

### Funktioner

- Enheten överensstämmer med 93/42/EEG.
- TFT 4,3" pekskärm i färg.
- Enheten har en TFT-pekskärm som gör det möjligt att ställa in alla parametrar för givarna och de digitala ingångarna.
- Indikering av tryck med larm för max- och min. tryck.
- Modbus TCP/IP över RJ45-gränssnitt integrerat, användbart för anslutning till en koncentratorerhet eller till ett BMS.
- Två RS485-gränssnitt integrerade.
- Snabb programmering på skärmen.
- Lysdioder och larmsignaler är programmerbara.
- Vid fränkoppling (ledningarna klipps) eller fel på ingångarna (standard) avger enheten ett akustiskt larm.

### Tekniska data

#### Dimension

Dosa för utanpåliggande montage IP66  
Mått: 200x120x60 mm

#### Strömkälla

100-240 VAC / 50-60 Hz  
24 VAC / 50-60 Hz

#### Kompatibla ingångar

Upp till 6 analoga ingångar (4-20 mA/RS485)  
Upp till 4 ON/OFF-ingångar

#### Status/larm indikatorer

Grön Lysdiod, Gul lysdiod, Röd lysdiod  
Akustiskt larm

#### Artikelnummer

410640

#### Tillbehör slavpanel se separat faktablad

Kontakta oss för mer information

Huvudkontor: Aspira Medical AB  
Tel: 0243-23 05 00  
Adress: Duvnäs  
781 90 Borlänge

Bankgiro: 5367-4990  
Postgiro: 637 39 60 -1  
VAT: SE556447153901

E-mail: [info@aspira.se](mailto:info@aspira.se)  
Hemsida: [www.aspira.se](http://www.aspira.se)  
Hemsida: [www.babyskottbord.se](http://www.babyskottbord.se)